

Sperm Count Control¹ | System Specific Values²

350663-6
2023-09

Rx Only

2027-01-12

Open-vial stability 42 days³

Hemocytometer⁴

		LOT	60120951	L1	LOT	60120952	L2
		\bar{x}		+/-	\bar{x}		+/-
Sperm x 10 ⁶	/ml	5.0		1.5	50.5		9.0

Makler[®] Chamber⁵

		LOT	60120951	L1	LOT	60120952	L2
		\bar{x}		+/-	\bar{x}		+/-
Sperm x 10 ⁶	/ml	8		7	51		38

1 Sperm Count Control

Contrôle du nombre de spermatozoïdes / Spermienzahlkontrolle / Controllo della conta spermatica / Control de número de espermatozoïdes / Spermaräkningskontroll

2 System Specific Values

Valeurs spécifiques du système / Systemspezifische Werte / Valori specifici del sistema / Valores específicos del sistema / Systemspezifika värden

3 Open-vial stability 42 days

Stabilité en flacon ouvert 42 jours / Stabilität geöffneter Flaschen 42 tage / Stabilità della fiala aperta 42 giorni / Estabilidad de la cápsula abierta 42 días / Hållbarhet för öppen flaska 42 dagar

4 Hemocytometer

Hémocytomètre / Hämozytometer / Emocitometro / Hemocitómetro / Hemocytometer

5 Makler Chamber

Chambre Makler / Makler-Zählkammer / Camera Makler / Cámara Makler / Makler kammare

\bar{x} Mean

Moyenne / Mittelwert / Media / Media / Medelvärde

+/- Expected Range

± Intervalle escompté / ± Erwartungsbereich / ± Range previsto / ± Intervalo previsto / ± Förväntat intervall