

Whole Blood Assayed Hematology Control¹

Rx Only

Open-vial stability 95 days²

2026-11-10

350206-41
2025-06

[streck.com/IFU](https://www.streck.com/IFU)

Automated Methods ³	[LOT] L1 - 53141380		[LOT] L2 - 53141381	
	$\bar{x}$	+/-	$\bar{x}$	+/-
Instrument ⁴	mm / hr	mm / hr	mm / hr	mm / hr
Vital Diagnostics Excyte 10 / M	9	8	72	18

Manual Methods ⁵	[LOT] L1 - 53141380		[LOT] L2 - 53141381	
	$\bar{x}$	+/-	$\bar{x}$	+/-
Instrument ⁴	mm / hr	mm / hr	mm / hr	mm / hr
Classical Westergren ^a	5	4	19	7
Modified Westergren - Globe Sedi-Rate	5	4	39	20
Modified Westergren - Polymedco Sediplast	5	4	49	20
Wintrobe	5	4	20	7

a Undiluted Westergren Method

Valeurs principales assignées / Unverdünnte Westergren-Methode / Metodo Westergren non diluito / Método Westergren sin diluir / Outspädd Westergrenmetod

- 1 Whole Blood Assayed Hematology Control**
Contrôle d'hématologie dosé « sang total » / Mit Vollblut getestete Hämatologiekontrolle / Controllo ematologico per analisi di sangue intero / Control de hematología de sangre entera analizada / Helblodsanalyserad hematologikontroll
- 2 Open-vial stability 95 days**
Stabilité en flacon ouvert 95 jours / Stabilität geöffneter Flaschen 95 tage / Stabilità della fiala aperta 95 giorni / Estabilidad de la cápsula abierta 95 días / Hållbarhet för öppen flaska 95 dagar
- 3 Automated Methods**
Méthodes automatisées / Automatische Verfahren / Metodi automatizzati / Métodos automatizados / Automatiska metoder
- 4 Instrument**
Instrument / Gerät / Strumento / Instrumento / Instrument
- 5 Manual Methods**
Méthodes manuelles / Manuelle Verfahren / Metodi manuali / Métodos manuales / Manuella metoder
- $\bar{x}$ Mean**
Moyenne / Mittelwert / Media / Media / Medelvärde
- +/- Expected Range**
± Intervalle escompté / ± Erwartungsbereich / ± Range previsto / ± Intervalo previsto / ± Förväntat intervall