

Sperm Count Control<sup>1</sup> | System Specific Values<sup>2</sup>

350663-6  
2023-09

Rx Only

2027-04-06

Open-vial stability 42 days<sup>3</sup>

#### Hemocytometer<sup>4</sup>

		LOT	60960951	L1	LOT	60960952	L2
		$\bar{x}$		+/-	$\bar{x}$		+/-
Sperm x 10 <sup>6</sup>	/ml	4.8		1.5	47.6		9.0

#### Makler<sup>®</sup> Chamber<sup>5</sup>

		LOT	60960951	L1	LOT	60960952	L2
		$\bar{x}$		+/-	$\bar{x}$		+/-
Sperm x 10 <sup>6</sup>	/ml	8		7	43		38

#### 1 Sperm Count Control

Contrôle du nombre de spermatozoïdes / Spermienzahlkontrolle / Controllo della conta spermatica / Control de número de espermatozoïdes / Spermaräkningskontroll

#### 2 System Specific Values

Valeurs spécifiques du système / Systemspezifische Werte / Valori specifici del sistema / Valores específicos del sistema / Systemspezifika värden

#### 3 Open-vial stability 42 days

Stabilité en flacon ouvert 42 jours / Stabilität geöffneter Flaschen 42 tage / Stabilità della fiala aperta 42 giorni / Estabilidad de la cápsula abierta 42 días / Hållbarhet för öppen flaska 42 dagar

#### 4 Hemocytometer

Hémocytomètre / Hämozytometer / Emocitometro / Hemocitómetro / Hemocytometer

#### 5 Makler Chamber

Chambre Makler / Makler-Zählkammer / Camera Makler / Cámara Makler / Makler kammare

#### $\bar{x}$ Mean

Moyenne / Mittelwert / Media / Media / Medelvärde

#### +/- Expected Range

± Intervalle escompté / ± Erwartungsbereich / ± Range previsto / ± Intervalo previsto / ± Förväntat intervall