

Sperm Count Control<sup>1</sup> | System Specific Values<sup>2</sup>

350663-6  
2023-09

Rx Only

2025-08-26

Open-vial stability 42 days<sup>3</sup>

Hemocytometer <sup>4</sup>		LOT 42390951 L1		LOT 42390952 L2	
		$\bar{x}$	+/-	$\bar{x}$	+/-
Sperm x 10 <sup>6</sup>	/ml	5.2	1.5	48.7	9.0

Makler <sup>®</sup> Chamber <sup>5</sup>		LOT 42390951 L1		LOT 42390952 L2	
		$\bar{x}$	+/-	$\bar{x}$	+/-
Sperm x 10 <sup>6</sup>	/ml	8	7	54	38

### 1 Sperm Count Control

Contrôle du nombre de spermatozoïdes / Spermienzahlkontrolle / Controllo della conta spermatica / Control de número de espermatozoïdes / Spermaräkningskontroll

### 2 System Specific Values

Valeurs spécifiques du système / Systemspezifische Werte / Valori specifici del sistema / Valores específicos del sistema / Systemspezifika värden

### 3 Open-vial stability 42 days

Stabilité en flacon ouvert 42 jours / Stabilität geöffneter Flaschen 42 tage / Stabilità della fiala aperta 42 giorni / Estabilidad de la cápsula abierta 42 días / Hållbarhet för öppen flaska 42 dagar

### 4 Hemocytometer

Hémocytomètre / Hämozytometer / Emocitometro / Hemocitómetro / Hemocytometer

### 5 Makler Chamber

Chambre Makler / Makler-Zählkammer / Camera Makler / Cámara Makler / Makler kammare

### $\bar{x}$ Mean

Moyenne / Mittelwert / Media / Media / Medelvärde

### +/- Expected Range

± Intervalle escompté / ± Erwartungsbereich / ± Range previsto / ± Intervalo previsto / ± Förväntat intervall