

Post Vasectomy Sperm Count Control¹ | System Specific Values²

350661-4
2023-09

Rx Only



2026-02-10

Open-vial stability 42 days³

Hemocytometer ⁴		LOT	50410956	NEGATIVE ⁶	LOT	50410955	POSITIVE ⁷
Sperm x 10 ⁶	/ml	Not Present ⁸			Present ⁹		

Makler [®] Chamber ⁵		LOT	50410956	NEGATIVE ⁶	LOT	50410955	POSITIVE ⁷
Sperm x 10 ⁶	/ml	Not Present ⁸			Present ⁹		

1 Post Vasectomy Sperm Count Control

Contrôle du nombre de spermatozoïdes après une vasectomie / Spermienzahlkontrolle nach Vasektomie / Controllo della conta spermatica post-vasectomia / Control de número de espermatozoides posterior a vasectomia / Kontroll av spermaräkning efter vasektomi

2 System Specific Values

Valeurs spécifiques du système / Systemspezifische Werte / Valori specifici del sistema / Valores específicos del sistema / Systemspezifika värden

3 Open-vial stability 42 days

Stabilité en flacon ouvert 42 jours / Stabilität geöffneter Flaschen 42 tage / Stabilità della fiala aperta 42 giorni / Estabilidad de la cápsula abierta 42 días / Hållbarhet för öppen flaska 42 dagar

4 Hemocytometer

Hémocytomètre / Hämozytometer / Emocitometro / Hemocitómetro / Hemocytometer

5 Makler Chamber

Chambre Makler / Makler-Zählkammer / Camera Makler / Cámara Makler / Makler kammare

6 NEGATIVE

NÉGATIF / NEGATIV / NEGATIVO / NEGATIVO / NEGATIV

7 POSITIVE

POSITIF / POSITIV / POSITIVO / POSITIVO / POSITIV

8 Not Present

Absent / Nicht vorhanden / Non presente / No presente / Förekommer ej

9 Present

Présent / Vorhanden / Presente / Presente / Förekommer