

Whole Blood Assayed Hematology Control<sup>1</sup>

Rx Only

Open-vial stability 95 days<sup>2</sup>

2025-08-19

350206-40  
2023-09

Automated Methods<sup>3</sup>

	[LOT] L1 - 42321380		[LOT] L2 - 42321381	
	$\bar{x}$	+/-	$\bar{x}$	+/-
Instrument <sup>4</sup>	mm / hr	mm / hr	mm / hr	mm / hr
Vital Diagnostics Excyte 10 / M	9	8	84	18

Manual Methods<sup>5</sup>

	[LOT] L1 - 42321380		[LOT] L2 - 42321381	
	$\bar{x}$	+/-	$\bar{x}$	+/-
Instrument <sup>4</sup>	mm / hr	mm / hr	mm / hr	mm / hr
Classical Westergren <sup>a</sup>	5	4	23	7
Modified Westergren - Globe Sedi-Rate	5	4	45	20
Modified Westergren - Polymedco Sediplast	5	4	54	20
Modified Westergren - Streck ESR-10 Manual Rack	9	8	68	18
Wintrobe	5	4	22	7

a Undiluted Westergren Method

Valeurs principales assignées / Unverdünnte Westergren-Methode / Metodo Westergren non diluito / Método Westergren sin diluir / Outspädd Westergrenmetod

1 Whole Blood Assayed Hematology Control

Contrôle d'hématologie dosé « sang total » / Mit Vollblut getestete Hämatologiekontrolle / Controllo ematologico per analisi di sangue intero / Control de hematologia de sangre entera analizada / Helblodsanalyserad hematologikontroll

2 Open-vial stability 95 days

Stabilité en flacon ouvert 95 jours / Stabilität geöffneter Flaschen 95 tage / Stabilità della fiala aperta 95 giorni / Estabilidad de la cápsula abierta 95 días / Hållbarhet för öppen flaska 95 dagar

3 Automated Methods

Méthodes automatisées / Automatische Verfahren / Metodi automatizzati / Métodos automatizados / Automatiska metoder

4 Instrument

Instrument / Gerät / Strumento / Instrumento / Instrument

5 Manual Methods

Méthodes manuelles / Manuelle Verfahren / Metodi manuali / Métodos manuales / Manuella metoder

$\bar{x}$  Mean

Moyenne / Mittelwert / Media / Media / Medelvärde

+/- Expected Range

± Intervalle escompté / ± Erwartungsbereich / ± Range previsto / ± Intervalo previsto / ± Förväntat intervall