

Immunology Control for Cluster Designation¹

2026-10-24

350174-43
2025-06

streck.com/IFU

Rx Only

Open-vial stability 30 days²

CD-Chex Plus

LOT 62080071

Phenotype ^{3,a}	WBC Type ⁴	% Positive Cell ⁵	Expected Range ⁶	Absolute Number ^{7,b}	Expected Range ⁶
CD2 ⁺	Lymphocytes ⁸	88.0	76.0 - 100.0	–	–
CD3 ⁺⁺	Lymphocytes ⁸	80.5	70.5 - 90.5	1538	1188 - 1888
CD3 ⁺ /CD4 ⁺⁺	Lymphocytes ⁸	53.2	46.7 - 59.7	991	765 - 1217
CD5 ⁺	Lymphocytes ⁸	79.9	65.1 - 94.7	–	–
CD3 ⁺ /CD8 ⁺⁺	Lymphocytes ⁸	25.2	19.2 - 31.2	478	308 - 648
CD3 ⁺ /CD16 ⁺	Lymphocytes ⁸	10.2	5.2 - 15.2	–	–
CD3 ⁺ /CD16 ⁺ •CD56 ⁺	Lymphocytes ⁸	10.7	5.7 - 15.7	234	89 - 379
CD19 ⁺	Lymphocytes ⁸	7.8	2.8 - 12.8	150	0 - 300
CD20 ⁺	Lymphocytes ⁸	8.0	3.0 - 13.0	–	–
CD3 ⁺ /CD56 ⁺	Lymphocytes ⁸	9.4	3.7 - 15.1	164	19 - 309
HLA • DR ⁺	Lymphocytes ⁸	10.6	3.5 - 17.7	–	–
CD14 ⁺	Monocytes ⁹	85.0	70.0 - 100.0	–	–
CD45 ⁺	Leukocyte Gate ¹⁰	----- CD45 is to be used for gating purposes only. ¹¹ -----			
CD34 ⁺	Progenitor Cells ¹²	0.05	0.00 - 0.10	3.5	1.2 - 5.8
Lymphocyte ^{8,b}		27.4	17.1 - 37.7	1934	1292 - 2576
Monocyte ⁹		9.5	1.6 - 17.4	–	–
Granulocyte ¹³		58.6	45.4 - 71.8	–	–
Absolute ¹⁴ WBC ^c (x 10 ³ /μL)		–	–	6.8	6.0 - 7.6

CD-Chex Plus CD4 Low

LOT 62080072

Phenotype ^{3,a}	WBC Type ⁴	% Positive Cell ⁵	Expected Range ⁶	Absolute Number ^{7,b}	Expected Range ⁶
CD3 ⁺⁺⁺	Lymphocytes ⁸	63.4	51.4 - 75.4	802	537 - 1067
CD3 ⁺ /CD4 ⁺⁺⁺	Lymphocytes ⁸	12.6	7.6 - 17.6	159	49 - 269
CD3 ⁺ /CD8 ⁺⁺⁺	Lymphocytes ⁸	44.9	35.9 - 53.9	558	363 - 753
CD3 ⁺ /CD16 ⁺	Lymphocytes ⁸	19.3	11.3 - 27.3	–	–
CD3 ⁺ /CD16 ⁺ •CD56 ⁺	Lymphocytes ⁸	20.1	12.1 - 28.1	291	116 - 466
CD19 ⁺	Lymphocytes ⁸	15.3	7.3 - 23.3	193	18 - 368
CD3 ⁺ /CD56 ⁺	Lymphocytes ⁸	17.6	9.5 - 25.7	199	24 - 374
CD45 ⁺	Leukocyte Gate ¹⁰	----- CD45 is to be used for gating purposes only. ¹¹ -----			
Lymphocyte ^{8,b}		17.9	9.9 - 25.9	1288	888 - 1688
Absolute ¹⁴ WBC ^c (x 10 ³ /μL)		–	–	6.8	6.0 - 7.6

a Assay values determined using BD[®] Biosciences and Beckman Coulter[®] reagents.
Analyseværddier bestemt med reagenser fra BD Biosciences og Beckman Coulter. / Valeurs de dosage déterminées à l'aide de réactifs BD Biosciences et Beckman Coulter. / Assaywerte werden unter Verwendung von Reagenzien von BD Biosciences und Beckman Coulter bestimmt. / Οι τιμές προσδιορισμού υπολογίστηκαν με τη χρήση αντιδραστηρίων της BD Biosciences και της Beckman Coulter. / Valori di analisi determinati usando reagenti BD Biosciences e Beckman Coulter. / Analysevärddier fastsatt med BD Biosciences og Beckman Coulter-reagenser. / Wyniki testu zostały opracowane przy użyciu odczynników BD Biosciences i Beckman Coulter. / Los valores de ensayo se determinan con los reactivos BD Biosciences y Beckman Coulter. / Analysvärden bestäms med BD Biosciences och Beckman Coulter-reagenser.

b If values are not obtained by single platform methods, it is recommended to use the lymphocyte percent and white blood cell counts reported on assay for calculating absolute values.
Hvis der ikke opnås værdier med en enkelt platformsmetode, tilrådes det at anvende den lymfocytprocent og det leukocytaltal, der er angivet i analysen til udregning af absolutte tællinger. / Si des valeurs ne sont pas obtenues par des méthodes faisant appel à une seule plateforme, il est recommandé d'utiliser le pourcentage de lymphocytes et la numération de globules blancs indiqués sur le dosage pour calculer les valeurs absolues. / Falls die Werte nicht auf Basis einer einzelnen Plattformmethode erhalten werden können, wird empfohlen, den im Assay berichteten Lymphozyten Prozentteil und die weißen Blutzellenwerte zur Berechnung der absoluten Werte zu verwenden. / Αν οι τιμές δεν λαμβάνονται με τις μεθόδους απλής πλατφόρμας, συνιστάται η χρήση του ποσοστού λεμφοκυττάρων και του αριθμού λευκών αιμοσφαιρίων που αναφέρθηκε στον προσδιορισμό για τον υπολογισμό των απόλυτων τιμών. / Se i valori non vengono ottenuti utilizzando metodi a piattaforma singola, si consiglia di usare la percentuale dei linfociti e la conta leucocitaria riportate sul dosaggio per calcolare i valori assoluti. / Hvis verdiene ikke oppnås med enkle platformmetoder, anbefales det å bruke lymfocytprosenten og antallet hvite blodlegemer som er rapportert på analysen for kalkulering av absolutte verdier. / Jeżeli wartości nie zostały opracowane metodami pojedynczej platformy operacyjnej, do obliczania wartości absolutnych zaleca się użyć procent leukocytów i liczbę białych ciałek krwi z formularza testowego. / Si los valores no se obtienen mediante métodos de plataforma única, para calcular los valores absolutos se recomienda usar el porcentaje de linfocitos y las fórmulas leucocitarias notificados en el ensayo. / Om värdena inte erhålls med enkel platformsmetod, rekommenderas att rapporterad procent lymfocyter och rapporterat antal leukocyter i analysen används för beräkning av absoluta värden.

All product names, logos, brands, and marks are property of their respective owners.
Alle produktnavne, logoer, varemærker og mærker tilhører deres respektive ejere. / Tous les noms de produits, logos, marques et enseignes sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. / Alle Produktnamen, Logos, Marken und Zeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. / Όλα τα ονόματα προϊόντων, τα λογότυπα, οι μάρκες και τα σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. / Tutti i nomi dei prodotti, i loghi, i marchi e le marche sono di proprietà dei rispettivi titolari. / Alle produktnavn, logoer, varemerker og merker er eiendom til sine respektive eiere. / Wszystkie nazwy produktów, logo, marki i znaki należą do ich właścicieli. / I Todos los nombres de productos, logotipos, marcas comerciales y otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios. / Alla produktnamn, logotyper, varumärken och märken tillhör respektive innehavare.

- 1 Immunology Control for Cluster Designation

Immunologisk kontrol for klyngebetegnelse / Contrôle immunologique pour la désignation d'amas / Immunologiekontrolle für Cluster-Bestimmung / Έλεγχος ανοσολογίας για τον προσδιορισμό δέσμης / Controllo immunologico per l'identificazione di cluster / Immunologikontroll for cluster-betegnelse / Kontrola immunologiczna mianowania markerów CD / Control imunológico para designación de grupos / Immunologikontroll för klusterbeteckning
- 2 Open-vial stability 30 days

Stabilitet af åben ampul 30 dage / Stabilité en flacon ouvert 30 jours / Stabilität geöffneter Flaschen 30 tage / Σταθερότητα ανοιχτού φιαλιδίου 30 Ημέρες / Stabilità della fiala aperta 30 giorni / Stabiliteten til åpent ampulle 30 dager / Trwałość otwartego opakowania 30 liczba dni / Estabilidad de la cápsula abierta 30 días / Hållbarhet för öppen flaska 30 dagar
- 3 Phenotype

Fænotype / Phénotype / Phänotyp / Φαινότυπος / Fenotipo / Fenotype / Fenotyp / Fenotipo / Fenotyp
- 4 WBC Type

WBC Type / WBC Type / WBC Typ / Τύπος WBC / WBC Tipo / WBC-type / WBC Typ / WBC Tipo / WBC Type
- 5 % Positive Cell

%Positiv celle / % de cellules positives / % positive Zelle / % Θετικό κύτταρο / % cellule positive / % positivt Cell / % komórek dodatnich / % células positivas / %Positiv cell
- 6 Expected Range

Forventet område / Intervalle escompté / Erwartungsbereich / Αναμενόμενο εύρος τιμών / Range previsto / Forventet område / Zakres spodziewany / Intervallo previsto / Förväntat intervall
- 7 Absolute Number

Absolut antal / Nombre absolu / Absolute Zahl / Απόλυτος αριθμός / Numero assoluto / Absolutt antall / Całkowita liczba / Número absoluto / Absolut antal
- 8 Lymphocyte

Lymfocyt / Lymphocyte / Lymphozyt / Λεμφοκύτταρο / Linfocita / Lymfocyt / Limfocyt / Linfocito
- 9 Monocyte

Monocyt / Monocyte / Monozyt / Μονοκύτταρο / Monociti / Monocyt / Monocito
- 10 Leukocyte Gate

Leukocyt port / Fenêtre leucocytaire / Leukozyten Gate / Περιοχή λεμφοκυττάρων / Gate leucociti / Leukocyt-gate / Bramka leukocytowa / Ventana de análisis (gating) de leucocitos
- 11 CD45 is to be used for gating purposes only.

CD45 må kun anvendes til slusing. / CD45 doit uniquement être utilisé aux fins de synchronisation. / CD45 sollte nur für Gating-Zwecke verwendet werden. / Το CD45 πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς περίφραξης. / CD45 deve essere usato solo per il gating. / CD45 skal bare brukes til seleksjonsprosedyrer (gating prosedyre). / CD45 służy wyłącznie do identyfikacji populacji docelowej. / El CD45 debe usarse solamente para fines de compuerta o gating. / CD45 skall endast användas i gating-syfte.
- 12 Progenitor Cells

Stamfaderceller / Progeniteurs / Vorläuferzellen / Προγονικά κύτταρα / Cellule progenitrici / Progenitorceller / komórki progenitorowe / Células progenitoras
- 13 Granulocyte

Granulocyt / Granulocyte / Granulozyt / Κόκκιοκύτταρο / Granulociti / Granulocyt / Granulocito
- 14 Absolute

Absolut / Absolu / Absolute / Απόλυτο / Assolutto / Absolutt / Całkowita / Absoluto / Absolut
- * ΔT Sum = 2 ± 5
- ** ΔT Sum = 6 ± 5
- ΔT Sum = % CD3 - (% CD4 + % CD8)